

主要技术参数要求

序号	内 容	备注
1	B 超 探头频率 10MHz	
2	*扫描方式 闭环磁力驱动扇形扫描	
3	灰度等级 256 级灰阶	
4	增益范围 0-105db	
5	*后增益调节 0-105db （防漏诊误诊必要功能）	
6	测量深度 40mm, 60mm	
7	扫描范围 53 °	
8	冻结方式 双脚踏冻结	
9	图像冻结 20 张	
10	分辨率 轴向分辨力: $\leq 0.2 \text{ mm}$, 侧向分辨力: $\leq 0.4 \text{ mm}$	
11	显示模式 B, B+A	
12	报告打印 视频打印	
13	回放 150 帧及回放截图	
14	A 超 探头频率 10MHz	
15	测量范围 0-40mm	