

主要技术参数要求

序号	内 容	备注
1	设备功能	
	1.1、主机+台车设计，10 寸 LCD 彩色触摸屏操作。	
	1.2 六路输出可同时满足 12 个穴位同时治疗。	
	1.3、★开穴方法：子午流注纳甲法、子午流注纳子法、灵龟八法、飞腾八法。	
	1.4、★开穴模式：逢时开穴、择时开穴、未来五次开穴穴位。	
	1.5、九种中频综合治疗处方，临床可针对病症进行选择治疗。	
	1.6、治疗时间：10~40 分钟可调。	
	1.7、★治疗深度：1-5 档可调。	
	1.8、★各通道治疗可同步或异步操作功能。	
	1.9、内、外、妇、儿等科室 40 种疾病穴位指导功能。	
	1.10、设备运行计时功能。	
2	主要技术参数	
	2.1、治疗频率（深度）：2kHz、2.5kHz 、3kHz、3.5kHz、4kHz，5档可调。 载波频率（深度）：载波为占空比1:2的方波，	
	2.2、0-150Hz调制波频率。	
	2.3、最大输出电流不大于100mA。	

	2.4、不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。	
	2.5、治疗强度0-100档分级可调，最大峰峰值为90V。	
	2.6、调幅度为100%、40%、33%、25%。	
	2.7、脉冲宽度 $<0.1s$ ，每一脉冲能量 $<300mJ$ 。	
	2.8、工作环境：环境温度： $+10^{\circ}C \sim +40^{\circ}C$ ；相对湿度：30%~75%；大气压力： $700hPa \sim 1060hPa$ ；电源条件： $\sim 220V \pm 22V$ 、 $50Hz \pm 1Hz$ 。	
	2.9、子午流注文档集包括经度设置、真太阳时显示、当令经络显示、子午流注开穴、灵龟八法开穴、飞腾八法开穴及穴位图显示。	