

主要技术参数要求

序号	内 容	备注
1	进口/国产	
2	工作压力： $1 \times 10^2 \text{ kPa} \sim 5.5 \times 10^2 \text{ kPa}$ （1~5.5bar），调节步进值 $0.1 \times 10^2 \text{ kPa}$ ；	▲
3	最大能量密度： 5 mJ/mm^2 ；、最大输出能量： $\geq 212 \text{ mJ}$	▲
4	最大频率： $\geq 25 \text{ Hz}$	▲
5	冲击次数：100~9900 次，调节步进值 100 次	
6	输出压力波脉宽最小为 180us，其误差不应超出 $\pm 10\%$ ；	▲
7	具有单次冲击模式和连续冲击模式	
8	传导子：6 个，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子；标配 2 个子弹和 2 个弹道。	
9	带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方，内置处方 ≥ 200 个；此外，为满足个性化治疗，还可设置自定义处方。	▲
10	冲击波治疗枪具有减振功能，减少对操作人员的手部的后冲力。	
11	带语音播报功能，治疗开始和结束有提示音；	