

# 主要技术参数要求

| 序号 | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 备注 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1* | <p>总体要求：</p> <p>1、用于宫腔疾病的光动力治疗，包括 HPV 感染、CIN、外阴白斑、湿疣等。</p> <p>2、双光源，LED 光源波长 <math>630 \pm 10\text{nm}</math>，功率密度 <math>&gt; 200\text{mW}/\text{cm}^2</math>，激光光源：波长 <math>630 \pm 5\text{nm}</math>，功率 1000MW。</p> <p>3、治疗光纤：石英柱形光纤，长度 2-3 米，出光部分 3-4cm，</p> <p>4、LED 治疗探头：电缆 1-2 米，能与一次性套管配合。</p> <p>5、定时控制：0-99 分钟可调</p> |    |