

主要技术参数要求

序号	内 容	备注
1	光源：强脉冲光源	
2★	激励方式：双灯泵浦，集成两个同时输出的氙灯光源。	
3	波长要求：具有不少于 6 种不同功能的滤波片 420nm-1200nm 主要用于痤疮治疗 515nm-1200nm 主要用于浅表色素性疾 560nm-1200nm 主要用于嫩肤治疗 590nm-1200nm 主要用于血管性病变 640nm-1200nm 主要用于祛皱和毛孔粗大 695nm-1200nm 主要用于脱毛	
4	滤波片切换方式：可插拔滤波片技术，不需开关机，可在不同的功能滤波片自由切换。	

5	智能脉冲技术:		
5.1★	子脉冲调节方式: 自动调节子脉宽和延时		
5.2★	脉冲个数: ≥ 8 个子脉冲		
5.3★	脉宽: $\geq 600\text{ms}$		
6	能量密度:		
6.1	最大能量密度: $\geq 30\text{J}/\text{cm}^2$		
6.2	最低临床起始能量: $\leq 5\text{J}/\text{cm}^2$		
6.3	能量密度调节步进: $1\text{J}/\text{cm}$, 面板触控可调		
7	重复频率: $\geq 2\text{Hz}$		
8★	光斑面积: $\geq 15\text{mm} \times 40\text{mm}$		
9	光斑适配器: 2 种适配器		
9.1★	正方形 $15\text{mm} \times 15\text{mm}$		
9.2★	圆形 11mm		
10	皮肤冷却系统:		
10.1	冷却方式: 蓝宝石接触持续式冷却		
10.2★	冷却温度: $0^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$ 逐级可调		
11	发射方式: 脚踏触发		
12	设备主机水路冷却: 具有水冷、风冷、高效换热器三重水循环冷却功能, 有效保障稳定工作		
13	水路清洁保护系统: 去离子自净交换系统		
14	电源要求及输入功率: $220\text{V}/50\text{Hz}$, 电流 $\geq 13\text{A}$, 输入功率 $\geq 2500\text{VA}$		
15	质量稳定: 产品上市时间需 > 3 年以上, 省内不少于 10 家以上大型三甲医院使用		
备注:			