

主要技术参数要求

序号	内 容	备注
1	★输出工作频率：27.12 MHZ	
2	治疗头： 2.1 工作模式：非直流的射频导入治疗头 1 个 2.2 治疗头材质：复合材料治疗头，接触皮肤非金属电极；无负极板 ★2.3 治疗头的尺寸：Φ12mm、Φ26mm、Φ39mm	
3	输出功率：0-50VA，7 档可调	
4	治疗时间：1-59min 可调，步进 1min	
5	加热方式：电容电场和交变电场加热	
6	治疗模式：分层聚焦、分层治疗，聚焦深度：2-4mm。	
7	操作界面：触摸式液晶屏，工作时有指示；治疗结束时有蜂鸣声提醒	
8	安 全 性：过压、过载均自动保护，整机性能安全可靠， 使用电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz	
9	水氧模块：	

	9.1、治疗头：水电离器脱敏治疗头 2 个； 9.2、氧气浓度：$\geq 90\%$ (V/V) ★9.3、氧气流速：0-5 L/min，任意调节。	